

Tłumaczenie przysięgłe z języka niemieckiego

BURMEIER

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Burmeier GmbH & Co. KG

Pivitsheider Straße 270

D-32791 Lage / Lippe,

oświadcza niniejszym, że opisany poniżej produkt:

ŁÓŻKO REHABILITACYJNE „ARMINIA III”

odpowiada dyrektywom WE 93/42/EWG, które dotyczą produktów medycznych oraz dodatkowym wymogom bezpieczeństwa Najwyższego Urzędu Kraju Związkowego z dnia 22. maja 2001 odnośnie łóżek rehabilitacyjnych.

Zastosowane następujące normy zharmonizowane:

- * DIN EN 62353: 2008-08 Medyczne urządzenia elektryczne - badania powtórne medycznych urządzeń elektrycznych
- * EN 12182: 1999-11 Pomoce techniczne dla osób niepełnosprawnych
- * DIN 32977-1:1992-07 Dostosowane konstrukcje do osób niepełnosprawnych
- * DIN EN 1970 : 2005-10 Regulowane łóżka dla osób niepełnosprawnych
- * EN 60601-1: 2008-08 Bezpieczeństwo elektrycznych produktów medycznych
- * EN 60601-1-2: 2010-05 Wymienność elektromagnetyczna
- * DIN EN 60601-2-38/A1: 2001 Elektrycznie napędzane łóżka szpitalne (zredukowane do potrzeb pielęgnacji domowej)
- * IEC 60601-2-52: 2009-12 Medyczne urządzenia elektryczne – specjalne ustalenia służące bezpieczeństwu oraz podstawowe parametry jakości łóżek medycznych

Lage, 01.09.2010

nieczytelny podpis

(Pott)

(Dyrektor Handlowy)

nieczytelny podpis

(Rekermeier)

(Dyrektor Działu Dystrybucji)

Odcisk pieczęci:


Burmeier GmbH & Co.

Spółka Komandytowa

Pivitsheider Straße 270

32791 Lage

nieczytelny podpis



TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Verordigter Dolmetscher der deutschen Sprache

Sławomir Wolski

48-303 Nysa, ul. Korczaka 25/2

kom. 509 325 965, tel./fax 77 453 70 22

e-mail: slawol@autograf.pl NIP 887-117-82-83

L.dz. 278/11

Stwierdzam zgodność niniejszego tłumaczenia z okazanym w języku *niemieckim* oryginałem-tłumaczeniem-odpisem

zaświadczonym przez

Tytułem wynagrodzenia pobrano kwotę

..... zł

Taryfa *Ny. Se*

16.09.11

Data