

Tłumaczenie przysięgłe z języka niemieckiego

## **BURMEIER**

### DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

**Burmeier GmbH & Co. KG**  
**Pivitsheider Straße 270**  
**D-32791 Lage / Lippe,**

oświadcza niniejszym, że opisany poniżej produkt:

### ŁÓŻKO REHABILITACYJNE „DALI II”

odpowiada dyrektywom WE 93/42/EWG, które dotyczą produktów medycznych oraz dodatkowym wymogom bezpieczeństwa Najwyższego Urzędu Kraju Związkowego z dnia 22. maja 2001 odnośnie łóżek rehabilitacyjnych.

Zastosowane następujące normy zharmonizowane:


- \* DIN EN 62353: 2008-08 Medyczne urządzenia elektryczne - badania powtórne medycznych urządzeń elektrycznych
- \* EN 12182: 1999-11 Pomoce techniczne dla osób niepełnosprawnych
- \* DIN 32977-1:1992-07 Dostosowane konstrukcji do osób niepełnosprawnych
- \* DIN EN 1970 : 2005-10 Regulowane łóżka dla osób niepełnosprawnych
- \* EN 60601-1: 2008-08 Bezpieczeństwo elektrycznych produktów medycznych
- \* EN 60601-1-2: 2010-05 Wymienność elektromagnetyczna
- \* DIN EN 60601-2-38/A1: 2001 Elektrycznie napędzane łóżka szpitalne (zredukowane do potrzeb pielęgnacji domowej)
- \* IEC 60601-2-52: 2009-12 Medyczne urządzenia elektryczne – specjalne ustalenia służące bezpieczeństwu oraz podstawowe parametry jakości łóżek medycznych

Lage, 01.09.2010

*nieczytelny podpis*  
(Pott)  
(Dyrektor Handlowy)

*nieczytelny podpis*  
(Rekermeier)  
(Dyrektor Działu Dystrybucji)

Odcisk pieczęci: Burmeier GmbH & Co.  
Spółka Komandytowa  
Pivitsheider Straße 270  
32791 Lage  
*nieczytelny podpis*



**TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO**  
Verdiger Dolmetscher der deutschen Sprache

Sławomir Wolski  
48-303 Nysa, ul. Korczaka 25/2  
kom. 509 325 965, tel./fax 77 453 70 22  
e-mail: slawol@autograf.pl NIP 887-117-82-83

L.dz. 279/11  
Stwierdzam zgodność niniejszego tłumaczenia z okazanym w języku niemieckim oryginałem-tłumaczeniem-odpisem zaświadczonym przez .....  
Tytułem wynagrodzenia pororano kwotę ..... zł.  
Taryfa 1450 16.11.11